

ОфтаКИТ

Офтальмологическая Клиника
Инновационных Технологий

150000, ул. Чайковского, д. 32
тел.: 945-245

Консультация офтальмолога

ФИО Москаленко Варвара Анатольевна

Жалобы на снижение зрения в течение года

Анамнез были на мед. осмотре. Проходили лечение в Москве по албумину в июле, в августе-апрель

Наследственность по миопии мама - 1,0°

Предыдущая коррекция OS +0,75°

Положение глаз правильное/нет

Cover-test отриц.

Доминантный глаз без коррекции OD / OS

Vis OU 6/к= 1,0 Vis OD/OS= 1,0 / 0,1 в/о OD/OS=

Рефрактометрия с узким зрачком

OD	sph <u>+0,75</u>	cyl		ax	
OS	sph <u>+1,0</u>	cyl	<u>-0,5</u>	ax	<u>146</u>

VIS с коррекцией

OD sph		cyl		ax		=		(Д/т)
OS sph	<u>н/к</u>	cyl		ax		=		(Д/т)

Бинокулярное зрение с 4м, с 5м - монокулярно.

Аккомодография

Рефрактометрия в циклоплегии

OD	sph <u>+1,0</u>	cyl		ax	
OS	sph <u>+1,25</u>	cyl	<u>-0,75</u>	ax	<u>147</u>

Передний отрезок без особенностей.

Глазное дно OD ДЗ и бл.-розовень, узкое жемчужное.
ОД - без особенностей. МЗ и сл.- без особенностей.
Периферия пигментирована.

Диагноз: Гипоплазия ДЗ и OS. Албумини Тет OS

Рекомендации - очки т. же, окклюзия на 2ч в день.
- осмотр 1р/6 мес.

Врач: Евграфова Т.Э.

Дата «19» 08 2017 г

NAME:
DATE: 19/08/17 10:28
No. 5369
HUVITZ HRK-8000A
1.04.00A *emp. zp.*

[REF] VD: 13.5
Cyl. Form: (-)

<R>	SPH	CYL	AX
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	

AVG +1.00 +0.00
S.E. +1.00

<L>	SPH	CYL	AX
	+1.00	-1.00	144
	+1.25	-0.75	146
	+1.50	-0.75	147
	+1.50	-0.75	149
	+1.50	-0.75	147

AVG +1.25 -0.75 147
S.E. +0.87

[KER] Index: 1.3375

<L>	R1	R2	AX
	8.20	7.96	162
	8.19	7.97	160
	8.16	7.96	161
	8.16	7.95	165
	8.14	7.93	167

	mm	D	AX
R1	8.17	41.30	163
R2	7.95	42.45	73


AVG 8.06 41.87
CYL -1.15 163

[R.C]


<L> CYL AX
Total Eye : -0.75 147
Cornea : -1.15 163

Remaining : -0.50 8
(Crystal.)

RIGHT



LEFT



PD = 58mm

OFTAKIT
8 4852 745 645

NAME:
DATE: 19/08/17 09:44
No. 5366
HUVITZ HRK-8000A
1.04.00A *yzk. zp.*

[REF] VD: 13.5
Cyl. Form: (-)

<R>	SPH	CYL	AX
	+0.75	+0.00	
	+0.75	+0.00	
	+0.75	+0.00	
	+0.75	+0.00	
	+0.75	+0.00	

AVG +0.75 +0.00
S.E. +0.75

<L>	SPH	CYL	AX
	+0.75	-0.75	145
	+1.00	-0.50	143
	+1.25	-0.50	146
	+1.25	-0.50	147
	+1.25	-0.50	148

AVG +1.00 -0.50 146
S.E. +0.75

[KER] Index: 1.3375

<R>	R1	R2	AX
	8.18	8.04	177
	8.19	8.05	179
	8.19	8.06	178
	8.20	8.06	179
	8.20	8.06	0

	mm	D	AX
R1	8.19	41.20	179
R2	8.06	41.90	89

AVG 8.12 41.55
CYL -0.70 178

<L>	R1	R2	AX
	8.09	7.86	168
	8.18	7.99	175
	8.17	7.97	173
	8.16	7.96	171
	8.16	7.96	170

	mm	D	AX
R1	8.15	41.40	171
R2	7.95	42.45	81

AVG 8.05 41.93
CYL -1.05 171

[R.C]


<R> CYL AX
Total Eye : +0.00
Cornea : -0.70 178

Remaining : -0.70 -179
(Crystal.)

<L> CYL AX
Total Eye : -0.50 146
Cornea : -1.05 171

Remaining : -0.75 10
(Crystal.)

RIGHT & LEFT



PD = 56mm

OFTAKIT
8 4852 745 645

NAME:
DATE: 19/08/17 10:29
No. 5370
HUVITZ HRK-8000A
1.04.00A *emp. zp.*

[REF] VD: 13.5
Cyl. Form: (-)

<R>	SPH	CYL	AX
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	+0.00	
	+1.00	-0.25	8
	+1.00	-0.25	119

AVG +1.00 +0.00
S.E. +1.00

[KER] Index: 1.3375

<R>	R1	R2	AX
	8.23	8.09	171
	8.22	8.09	172
	8.22	8.08	171
	8.22	8.07	171
	8.21	8.07	169

	mm	D	AX
R1	8.22	41.05	171
R2	8.08	41.75	81


AVG 8.15 41.40
CYL -0.70 170

[R.C]

<R> CYL AX
Total Eye : +0.00
Cornea : -0.70 170

Remaining : -0.70 -171
(Crystal.)

RIGHT



OFTAKIT
8 4852 745 645